



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.010.A № 48591

Срок действия до 29 октября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Магазины электрического сопротивления серии MC-3, MC-6, MC-9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "СОНЭЛ", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51622-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МИ 1695-87

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 октября 2012 г. № 896

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства


Ф.В. Булагин
"21" "11" 2012 г.

Ф.В. Булагин

Серия СИ

№ 007148

Срок действия до 18 сентября 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2017 г. № 1952

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2017 г.